

Протокол №100а
об итогах закупа лекарственных средств и медицинских изделий способом запроса
ценовых предложений для Некоммерческое акционерное общество "Центр сердца
Шымкент" на 2024 год

г. Шымкент
ул. Байтурсынова 79а

от 21.05.2024 г.

1. Организатор закупок – НАО «Центр Сердца Шымкент» по адресу: г. Шымкент, ул. Байтурсынова 79а.

2. **Присутствовали члены Тендерной комиссии (далее – Комиссия):**

Заместитель Председателя Комиссии:

Сейдакбаров Достияр Даулетиярович – заместитель председателя Правления по экономическому, административно-хозяйственному обеспечению;

Члены Комиссии:

Есенбеков Берикбай Куралбаевич – и.о заведующий отдела аритмологии;

Ауелбеков Ерлан Баянбекович – главный менеджер отдела правового обеспечения и государственных закупок;

Отсутствовали:

Уалиханов Мадии Сагадатович – Исполнительный директор;

Байжан Талгат Асылханұлы – начальник отдела правового обеспечения и государственных закупок.

Информация о кворуме: кворум для принятия решения имеется.

Секретарь Комиссии:

Абдиев Талгат Мухидинович – главный менеджер отдела правового обеспечения и государственных закупок.

рассмотрела заявки потенциальных поставщиков по запусу лекарственных средств и медицинских изделий по объявлению №116 на 2024 год.

3. Сумма, предусмотренная для закупа изделий медицинского назначения на 2024 год согласно приложению 1.

4. Заявки на участие в тендере представили следующие потенциальные поставщики:

Следующие потенциальные поставщики, представили заявки:

№	Наименование потенциального поставщика	Адрес	Дата и время представле ния заявки
1	ТОО «Asia Med Engineering»	РК, г.Шымкент, Абайский район, трасса Темирлан, здание 236	17.05.2024 10:26

5. Квалификационные данные (документы) потенциальных поставщиков согласно приложению 2.

6. Комиссия при рассмотрении заявок также исходила из следующих критериев оценки сопоставления заявок:

- 1) оптимального и эффективного расходования денег, используемых для закупа;
- 2) предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения закупа;
- 3) добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков;
- 4) гласности и прозрачности процесса закупа;
- 5) поддержки отечественных товаропроизводителей;
- 6) поддержки предпринимательской инициативы
- 7) бесперебойного обеспечения населения Республики Казахстан лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения.

7. Сравнительное ценовое предложение потенциальных поставщиков, согласно приложению 3 к протоколу



8. Комиссия по результатам оценки и сопоставления заявок **РЕШИЛА**

1) Если в закупе способом запроса ценовых предложений принимает участие один потенциальный поставщик, ценовое предложение и документы которого представлены в соответствии с пунктом 80 настоящих Правил, заказчик или организатор закупки принимают решение о признании такого потенциального поставщика победителем закупки:

№ п/п	наименование поставщика	адрес	№ лота	цена лота	общая сумма лота
1	ТОО «Asia Med Engineering»	РК, г.Шымкент, Абайский район, трасса Темирлан, здание 236	1	4 200 000,00	4 200 000,00
			2	5 200 000,00	5 200 000,00

2) НАО «Центр Сердца Шымкент», заключить договор с ТОО «Asia Med Engineering».

Заместитель Председателя
Комиссии

Сейдакбаров Д.Д.

Члены Комиссии

Есенбеков Б.К.

Ауелбеков Е.Б.

Секретарь Комиссии

Абдиев Т.М.

№ п/п	Наименование лекарственного средства (международное непатентованное название или состав)	Характеристика препарата с указанием дозировки, концентрации и лекарственной формы	Единица измерения	Кол-во	Цена	Сумма выделенная для закупа	Место поставки и условие поставки	ТОО "Asia Med Engineering"		
								Цена	Сумма	Производитель/Страна происхождения
1	Двухкамерный ИКД премиального класса с максимальным функционалом, МРТ-совместимый с автоматическим МРТ сенсором, с коннектором DF-1, с улучшенной поддержкой удаленного мониторинга, с быстрым опросом устройства и с физиологическим сенсором частотной адаптации, имитирующей работу здорового синусового узла	Двухкамерный имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор (далее - ИКД) премиального класса с максимальным функционалом, МРТ-совместимый с автоматическим МРТ сенсором, с коннектором DF-1, с улучшенной поддержкой удаленного мониторинга, с быстрым опросом устройства и с физиологическим сенсором частотной адаптации, имитирующей работу здорового синусового узла. Критерии устойчивой ЖТ: Зона детекции ЖТ: для ЖТ1: Выкл. от 100 до 222 уд/мин; Для ЖТ2: Выкл. от 120 до 222 уд/мин. Количество комплексов при детекции: для ЖТ1 от 10 до 100; для ЖТ2 от 10 до 80; для релетекции для ЖТ1 от 10 до 50; для ЖТ2 от 10 до 40. Внезапное начало: ВЫКЛ. от 4 до 32 %. Критерий стабильности: если SMART = ВЫКЛ. ВЫКЛ. = 8... (4) ... ±48%. Если SMART = ВКЛ. ±8... (4) ... ±48%. Устойчивая ЖТ - ВЫКЛ. от 1 до 3 мин, шаг 1 мин, 3 мин, 5 мин, далее от 10 до 30 мин, с шагом 10 мин. Алгоритм морфологической дискриминации по децелерационным и	комп	1	4 200 000,00	4 200 000,00	до склада заказчика, НАО "Центр сердца Шымкент" г. Шымкент, ул. Байтурсынова 79а	4 200 000,00	4 200 000,00	BIOTRINK SE/Германия
2	Трёхкамерный ИКД CRT-D премиального класса с максимальным функционалом, МРТ-совместимый с автоматическим МРТ сенсором, с коннектором DF-1, с улучшенной поддержкой удаленного мониторинга, с быстрым опросом устройства и с физиологическим сенсором частотной адаптации, имитирующей работу здорового синусового узла	Трёхкамерный ИКД CRT-D премиального класса с максимальным функционалом, МРТ-совместимый с автоматическим МРТ сенсором, с коннектором DF-1, с улучшенной поддержкой удаленного мониторинга, с быстрым опросом устройства и с физиологическим сенсором частотной адаптации, имитирующей работу здорового синусового узла. Трёхкамерный имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор (CRT-D) премиального класса с максимальным функционалом, МРТ-совместимый с автоматическим МРТ сенсором, с коннектором DF-1, с улучшенной поддержкой удаленного мониторинга, с быстрым опросом устройства и с физиологическим сенсором частотной адаптации, имитирующей работу здорового синусового узла, с привадежностями. Три зоны детекции аритмий: ЖТ1, ЖТ2, ФЖ. Критерии детекции: Внезапное начало, Стабильность, Интервал сцепления, Алгоритм математической и морфологической дискриминации; Критерий устойчивой ЖТ: Зона детекции ЖТ: для ЖТ1: Выкл. от 100 до 222 уд/мин; Для ЖТ2: Выкл. от 120 до 222 уд/мин. Количество комплексов при детекции: для ЖТ1 от 10 до 100; для ЖТ2 от 10 до 80; для релетекции для ЖТ1 от 10 до 50; для	комп	1	5 200 000,00	5 200 000,00	до склада заказчика, НАО "Центр сердца Шымкент" г. Шымкент, ул. Байтурсынова 79а	5 200 000,00	5 200 000,00	BIOTRINK SE/Германия
Итого						9 400 000,00			9 400 000,00	0,00

Заместитель председателя комиссии

Члены комиссии:

Секретарь комиссии:

Сейдакбаров Д.Д.
Есенбеков Б.К.
Ауелбеков Е.Б.
Аблиев Т.М.