

Протокол №12-а
об итогах тендера по закупке медицинских изделий на 2024 год

г. Шымкент
ул. Байтурсынова 79а

от 15.01.2024г.

1. Тендерная комиссия в составе:

Уалиханов М.С	- исполнительный директор; председатель комиссии
Сейдакбаров Д.Д	-заместитель председателя правления; заместитель председателя комиссии
Ауелбеков Е.Б	- главный менеджер ОГПЗ; секретарь

Члены комиссии:

Керимкулов И.Х.	- заведующий ангиографическим отделением
Тойева Г.Е.	- заведующая опер блока
Турсунбеков А.Б	- заведующий аритмологическим отделением

рассмотрела тендерные заявки потенциальных поставщиков по объявлению № 18 по закупке медицинских изделий на 2024 год.

2. Сумма, предусмотренная для закупа изделий медицинского назначения на 2024 год согласно приложению 1.

3. Запросы от потенциальных поставщиков по разъяснению положений тендерной документации не поступали.

4. Тендерную заявку на участие в тендере представили следующие потенциальные поставщики:

№	наименование потенциального поставщика	адрес	дата и время представления заявки
1	ТОО «Фирма Меда»	РК, г. Алматы, мкр Сайран 17 Тел. 8 727 266-77-61, 226 77 60	28.12.2023г 12:25ч

5. Квалификационные данные (документы) потенциальных поставщиков согласно приложению 2.

6. Тендерная комиссия при рассмотрении тендерных заявок также исходила из следующих критериев оценки сопоставления тендерных заявок:

- 1) оптимального и эффективного расходования денег, используемых для закупа;
- 2) предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения закупа;
- 3) добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков;
- 4) гласности и прозрачности процесса закупа;
- 5) поддержки отечественных товаропроизводителей;
- 6) поддержки предпринимательской инициативы
- 7) бесперебойного обеспечения населения Республики Казахстан лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения.

7. Сравнительное ценовое предложение потенциальных поставщиков, согласно приложению 3 к протоколу

8. На данный тендер эксперты не привлекались.

9. Тендерная комиссия по результатам оценки и сопоставления конкурсных заявок
РЕШИЛА:

1) На основании абзаца первого пункта 66 Параграфа 4 Главы 2 Правил, в отсутствие конкуренции по лоту победителем тендера признается потенциальный поставщик, чья тендерная заявка признана тендерной комиссией единственной соответствующей условиям объявления и условиям Правил, в связи с чем признать победителем тендера по закупке медицинских изделий по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования на 2024 год следующих поставщиков:

№ п/п	наименование поставщика	адрес	№ лота	цена лота	общая сумма лота
	ТОО «Фирма Меда»	РК, г. Алматы, мкр Сайран 17 Тел. 8 727 266-77-61, 226 77 60	1	400 000	4 000 000

10. НАО «Центр Сердца Шымкент, заключить договора с: ТОО «Фирма Меда» в срок, согласно действующего законодательства РК.

Председатель комиссии



Уалиханов М.С.

Заместитель председателя

Сейдакбаров Д.Д.

Члены комиссии:



Керимкулов И.Х.

Тойева Г.Е.

Турсунбеков А.Б.

Секретарь комиссии



Ауелбеков Е.Б.

№ п/п	Наименование лекарственного средства (международное непатентованное название или состав)	Характеристика препарата с указанием дозировки, концентрации и лекарственной формы	Единица измерения	Кол-во	Цена	Сумма выделенная для закупки	Место поставки и условия поставки	ТОО «Фирма Мед»	
								Цена	Сумма
1	Жесткое титановое седлообразное кольцо для аннулопластики	Создан для поддержки формы здорового митрального кольца. Титановый каркас поддерживает анатомическую форму и ремоделирует клапанное кольцо. Седловидное кольцо способствует эффективному распределению нагрузки на створки и сухожилинные хорды. Манжета EZ поддерживает уникальным треугольным сердечником. Отношение высоты кольца к ширине комиссур 15%. Размеры кольца 24,26,28,30,32,34. Размер между комиссурами 24,26,28,30,32,34 мм. Внутренний размер 22,24,26, 28,30,32 мм. Внешний размер 30,32,34,36,38,40 мм. Передне-задний размер 13,6; 15,1; 16,2; 17,9; 19,2; 20,6 мм. Внутренняя двухмерная площадь 227, 276, 331, 387, 450, 511 мм2.	шт	10	400 000,00	4 000 000,00	до склада заказчика, НАО "Центр сердца Шымкент" г. Шымкент, ул. Байтурсынова 79а	400 000,00	4 000 000,00
2	Гибкое кольцо для аннулопластики	Создан для поддержания размера фиброзного кольца митрального или трикуспидального клапана. Передняя и задняя поддержка обеспечивают физиологическое движение фиброзного кольца во время сердечного цикла. Гибкий дизайн облегчает работу сердца, обеспечивая оптимальную гемодинамику. Большая зона для наложения швов облегчает подшивание. Подходит для имплантации во время полной стернотомии, мини-стернотомии и при роботизированном вмешательстве. Размер кольца 25,27,29,31,33,35. Размеры между треугольниками 25,27,29,31,33,35 мм. Внутренний размер 28,4; 31,2; 34,0; 36,6; 39,4; 40,9 мм. Внешний размер 34,4; 37,2; 40,0; 42,6; 45,4; 47,9 мм.	шт	4	100 000,00	400 000,00	до склада заказчика, НАО "Центр сердца Шымкент" г. Шымкент, ул. Байтурсынова 79а		
3	Протезы сосудистые	Тканая структура протеза. Материал протеза - дакрон (полиэстер). Биологически инертен, отсутствие реакции организма на имплантацию. Нулевая хирургическая порозность. Не требует предварительного пропитывания имплантата кровью. Отсутствует кровотечение из мест проколов протеза. Визуальный индикатор на скручивание и растяжение. Внутренний диаметр протеза не менее 28,30,32 мм. Общая длина протеза – не менее 25,20 см. Толщина стенки протеза не менее 0,6 мм. Не нуждаются в предварительной предоперационной подготовке. Прочность на разрыв (Newtons) – не менее 300. Импрегнация модифицированным животным желатином. Водонепроницаемость менее 5 мл/см2 при 120мм Hg. Не разволокняются в местах среза и вкола. Способность к удержанию шва (Newtons) – не менее 30. Не требуется специальное шовного материала. Устойчивость к дилатации. Использование "технологии «плавающих нитей»" при изготовлении протеза. Способность связывать антибиотики (Рифамицин). Способность связывать гепарин.	шт	2	658 750,00	1 317 500,00	до склада заказчика, НАО "Центр сердца Шымкент" г. Шымкент, ул. Байтурсынова 79а		

Handwritten signature and initials in blue ink.

4	Протезы сосудистые	Тифрированные сосудистые протезы из дакрона (полиэстера) для хирургии сосудов. Форма протеза линейная. Тканая структура протеза. Материал протеза - дакрон (полиэстер). Биологически инертен, отсутствие реакции организма на имплантацию. Нулевая хирургическая порозность. Не требует предварительного пропитывания имплантата кровью. Отсутствует кровотечение из мест проколов протеза. Визуальный индикатор на скручивание и растяжение. Внутренний диаметр протеза 8 мм. Общая длина протеза – 30 см. Толщина стенки протеза 0.6мм. Не нуждаются в предварительной предоперационной подготовке. Прочность на разрыва (Newtons) – не менее 300. Импрегнация модифицированным животным желатином. Водонепроницаемость менее 5 мл/см2 при 120мм Hg. Не разволокняются в местах среза и вкола. Способность к удержанию шва (Newtons) – не менее 30. Не требуется специального шовного материала. Устойчивость к дилатации. Использование "технологии «плавающих нитей»" при изготовлении протеза. Способность связывать антибиотики. (Рифампицин). Способность связывать гепарин.	шт	I	701 250,00	701 250,00	до склада заказчика, НАО "Центр сердца Шымкент" г. Шымкент, ул. Байтурсынова 79а		4 000 000,00
Итого						6418 750,00			

Председатель комиссии

Заместитель председателя комиссии

Члены комиссии:

Секретарь комиссии:

Уалиханов М.С.
Сейдакбаров Д.Д.
Турсьинбеков А.Б.
Керимкулов И.Х.
Тонева Г.Е.
Ауелбеков Е.Б.