

Протокол №17а
об итогах тендера по объявлению №10/2025 «Медицинские изделия» на 2025 год
НАО «Центр сердца Шымкента»

г. Шымкент, ул. Байтурсынова, 79А

23.01.2025 года

1. На основании приказа Председателя Правления НАО «Центр сердца Шымкента» (далее- Заказчик) от 30 декабря 2024 года №105 «О проведении закупок товаров «Медицинские изделия на 2025 год» способом тендера» (далее – Приказ) и в соответствии Правил об организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, утвержденным Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110» (далее-Правила), объявление размещено на сайте Заказчика www.heartcentershym.kz тендер по закупке товаров «Медицинские изделия средства на 2025 год» (далее- Тендер).

2. На основании опубликованного объявления в установленные сроки до момента истечения окончательного срока предоставления конвертов (до 10.00 часов 20.01.2025 года), заявки на участие в Тендере предоставили следующие потенциальные поставщики:

№	Полное наименование потенциальных поставщиков	Местонахождения потенциальных поставщиков	Дата и время представления
1			

После истечения окончательного срока предоставления конвертов, на регистрацию (после 10.00 часов 20.01.2025 года), на участие в Тендере потенциальные поставщики конверты с заявкой не предоставляли.

На вскрытии конвертов с тендерными заявками не присутствовали уполномоченные представители потенциальных поставщиков:

3. Сумма, выделенная для проведения Тендера, предусмотренная в плане закупок, составляет **82 055 000,00 тенге (восемьдесят два миллиона пятьдесят пять тысяч)**, и на них представлены следующие заявки на участие в тендере (приложение1).

4. Тендерная комиссия (далее - Комиссия) в следующем составе.

Председатель комиссии:

Уалиханов Мади Сагадатович

Исполнительный директор

Заместитель председателя комиссии

Сейдакбаров Достияр Даулетиярович

Заместитель председателя Правления

Члены комиссии:

Жунусов Алимжан Асилханович

Главный менеджер департамента
правового обеспечения и закупок

Кенжебаев Даурен Кенжебаевич

Заведующий аритмологическим
отделением

Секретарь комиссии:

Ауелбеков Ерлан Баянбекович

Главный менеджер департамента
правового обеспечения и закупок

5. Потенциальные поставщики представили заявки на участие в тендере по закупке товаров «Медицинские изделия на 2025 год» по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования на 2025 год, отраженные в приложении №1 к настоящему Протоколу с указанием наименований, краткого описания лотов, условий поставок, которые оглашены всем присутствующим при процедуре вскрытия конвертов с тендерными заявками.

6. Оценка и сопоставление тендерных заявок

Комиссия оценивает и сопоставляет заявки на участие в тендере, принятые для участия в закупке и определяет выигравшую заявку на основе самой низкой цены при соответствии требований технической спецификации, указанной в тендерной документации.

7. Потенциальные поставщики представили заявки на участие в тендере по медицинским изделиям по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования на 2025 год, отраженные в приложении № 1 к настоящему Протоколу с указанием наименований, краткого описания лотов, условий поставок, которые оглашены всем присутствующим при процедуре вскрытия конвертов с тендерными заявками.

8. Запросы потенциальным поставщикам, соответствующим государственным органам, юридическим и физическим лицам не направлялись.

9. Комиссия в указанном составе, провела заседание по подведению итогов закупки способом тендера по объявлению 10/2025 «Медицинские изделия на 2025 год», **РЕШИЛА:**

1. В соответствии с пп. 1 п. 65 Главы 2 Раздела 2 Правил, при отсутствии ценовых тендерных заявок закупка тендера признается несостоявшимся закупки по лотам № 1,2,3,4,5,6.

В течение трех календарных дней со дня подведения итогов тендера письменно уведомить всех принявших участие в тендере потенциальных поставщиков о результатах тендера путем направления уведомления и копии протокола итогов потенциальным поставщикам.

За данное решение проголосовали:

«За» - 3 голоса (Сейдакбаров Д.Д., Кенжебаев Д.К., Жунусов).

«Против» - 0 голосов.




Председатель комиссии

М. Уалиханов

(отсутствует в связи с трудовым
отпуском)

Заместитель председателя комиссии



Д. Сейдакбаров

Члены комиссии

А. Турсунбеков

(отсутствует в связи с трудовым
отпуском)



Д. Кенжебаев

Жунусов А.А

Секретарь комиссии



Е. Ауелбеков

№ лота	Наименование закупаемых товаров, работ, услуг	Технические и качественные характеристики товаров, работ, услуг	Ед. изм.	Кол-во	Выделенная Цена закупки за ед., тенге	Выделенная Общая сумма, тенге	Наименование Потенциального поставщика	цена за ед., тенге	общая сумма, тенге	Торговое наименование
1	Катетер стандартный нейтрализирующий для пункции Гисса	Предназначен для проведения инвазивного электрофизиологического исследования сердца Диаметр, не более, Fr-6. Количество полюсов-4. Материал электродов- Платина, иридий. Кривизна и расстояние между электродами, мм- Josepfrson; 2 или Courtand; 5 или Josepfrson; 5 или Courtand; 5 или Danato; 5 или Josepfrson; 2,5,2 или Courtand; 2,5,2 или Danato; 2,5,2 или Josepfrson; 10 или Courtand; 10 или Danato; 10. Длина, не менее, см- 115. Совместимость с кабелем 4 pin "Boston Scientific" - Наличие.	штука	10	131 500	1 315 000				
2	Катетер стандартный нейтрализирующий для коронарного синуса	Предназначен для проведения инвазивного электрофизиологического исследования сердца Диаметр, не более, Fr-6. Количество полюсов-10. Материал электродов- Платина, иридий. Кривизна и расстояние между электродами, мм- Josepfrson; 2 или Courtand; 2 или Josepfrson; 5 или Courtand; 5 или Danato; 5 или Josepfrson; 2,5,2 или Courtand; 2,5,2 или Danato; 2,5,2 или Josepfrson; 10 или Courtand; 10 или Danato; 10. Длина, не менее, см- 115. Совместимость с кабелем 10 pin "Boston Scientific" - Наличие.	штука	30	131 500	3 945 000				
3	Игла для трансепатальной пункции взрослый	Игла для трансепатальной пункции взрослый, размер 18 га, угол среза 50 гр. Состоит из просветной иглы из нержавеющей стали и прочного стиплета из нержавеющей стали, с круглым изгибом. Дистальный кончик иглы сложен для облегчения процесса прохода. Оснащен двухходовым запорным крапом, обеспечивающим доступ к просвету иглы для лавжания, инъекции инфузии жидкости, забор крови, мониторинг давления введения стиплета и проволоки. Маркер на чехле иглы для направления изгиба, проекционный размер стиплета 0,7 мм, дистальный размер стиплета 0,35 мм.	штука	70	97 500	6 825 000				
4	MPT-совместимый трехкамерный ИКД с квадратным электродом (CRT-D)	MPT-совместимый трехкамерный имплантируемый кардиостер- дефибриллятор с подержкой квадратного левожелудочкового электрода. Три зоны детекции аритмий: ЖТ1, ЖТ2, ФЖ. Критерии детекции: Выходное начало; Стабильность; Интервал сепления; Алгоритм математической и морфологической дискриминации; Критерий устойчивой ЖТ. Интервал детекции ЖТ: для ЖТ1: Выкл. от 270 до 600 мс. Для ЖТ2: Выкл. от 270 до 500 мс. Количество комплексов при детекции: для ЖТ1 от 10 до 100; для ЖТ2 от 10 до 80; для редетекции для ЖТ1 от 10 до 50; для ЖТ2 от 10 до 40. Внезапное начало от 4 до 32 %. Критерий стабильности: Если SMART = ВЫКЛ; ВЫКЛ; ± 8 ... (4) ... ±48. Если SMART = ВКЛ; ±8 ... (4) ... ±48. Устойчивая ЖТ - ВЫКЛ, от 1 до 3 мин, шаг 1 мин. 3 мин. 5 мин. далее от 10 до 30 мин. с шагом 10 мин. Алгоритм	комплект	8	2 540 000	20 320 000				

