

Протокол №42а
об итогах тендера по закупке медицинских изделий на 2024 год

г. Шымкент
ул. Байтурсынова 79а

от 14.02.2024г.

1. Тендерная комиссия в составе:

Уалиханов М.С	- исполнительный директор; председатель комиссии
Сейдакбаров Д.Д	-заместитель председателя правления; заместитель председателя комиссии
Ауелбеков Е.Б	- главный менеджер ОПОГЗ; секретарь

Члены комиссии:

Керимкулов И.Х.	- заведующий ангиографическим отделением
Тойева Г.Е.	- заведующая опер блоком
Турсунбеков А.Б	- заведующий аритмологическим отделением

рассмотрела тендерные заявки потенциальных поставщиков по объявлению №56 по закупке медицинских изделий на 2024 год.

2. Сумма, предусмотренная для закупа изделий медицинского назначения на 2024 год согласно приложению 1.

3. Запросы от потенциальных поставщиков по разъяснению положений тендерной документации не поступали.

4. Тендерную заявку на участие в тендере представили следующие потенциальные поставщики:

№	наименование потенциального поставщика	адрес	дата и время представления заявки
1	ТОО «AB-Service Company»	г.Астана, ул.Мангилик Ел, здание 33/1 Тел 8 7172 25 66 52	08.02.2024г 13:00ч

5. Квалификационные данные (документы) потенциальных поставщиков согласно приложению 2.

6. Тендерная комиссия при рассмотрении тендерных заявок также исходила из следующих критериев оценки сопоставления тендерных заявок:

- 1) оптимального и эффективного расходования денег, используемых для закупа;
- 2) предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения закупа;
- 3) добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков;
- 4) гласности и прозрачности процесса закупа;
- 5) поддержки отечественных товаропроизводителей;
- 6) поддержки предпринимательской инициативы
- 7) бесперебойного обеспечения населения Республики Казахстан лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения.

7. Сравнительное ценовое предложение потенциальных поставщиков, согласно приложению 3 к протоколу

8. На данный тендер эксперты не привлекались.

9. Тендерная комиссия по результатам оценки и сопоставления конкурсных заявок **РЕШИЛА:**

1) На оснований абзаца первого пункта 66 Параграфа 4 Главы 2 Правил, в отсутствие конкуренции по лоту победителем тендера признается потенциальный поставщик, чья тендерная заявка признана тендерной комиссией единственной соответствующей условиям объявления и условиям Правил, в связи с чем признать победителем тендера по закупу медицинских изделий по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования на 2024 год следующих поставщиков:

№ п/п	наименование поставщика	адрес	№ лота	цена лота	общая сумма лота
1	ТОО «AB-Service Company»	г.Астана, ул.Мангилик Ел, здание 33/1 Тел 8 7172 25 66 52	1	2 150 400,00	8 601 600,00
			2	1 450 400,00	5 801 600,00
			3	2 150 400,00	8 601 600,00
			4	1 354 900,00	5 419 600,00
			5	3 600 400,00	14 401 600,00
			6	145 400,00	727 000,00

10. НАО «Центр Сердца Шымкент, заключить договора с: ТОО «AB-Service Company» в срок, согласно действующего законодательства РК.

Председатель комиссии



Уалиханов М.С.

Заместитель председателя



Сейдакбаров Д.Д.

Члены комиссии:



Керимкулов И.Х.



Тойева Г.Е.



Турсунбеков А.Б.

Секретарь комиссии



Ауелбеков Е.Б.

Приложение 3 к протоколу итогов №42а от 14.02.2024 года

№ п/п	Наименование используемых средств (оборудование, материалы, изделия, изделия для доставки)	Характеристики предмета с указанием размеров, конфигурации и аксессуарной формы	Единица измерения	Кол-во	Цена	Сумма выделенная для закупки	Место поставки и основные поставщики	ООО «AB-Service Company»		
								Цена	Сумма	Производитель-Страна происхождения
1	Система стент-графта: Бифуркационный компонент	Проксимальный кончик бифуркационной конфигурации стент-графта расширяется в проксимальной шее и верхней части аневризма. Проксимальный кончик бифуркационной конфигурации состоит из интимальных стентов, подшитых к телу стент-графта. Супракарональная часть проксимального кончика не закрыта телом графта. Супракарональный стент также имеет фиксирующие шпиглы для закрывания стент-графта в аорте. Дистальная артемиальная часть расширяется на 2 чешуи трубки, интимальную покрывающую браншу и короткую контрастную браншу. Стент и подкарональный бранш и шпиглы к верхней поверхности телного материала, формируя гладкую внутреннюю полость. Стент контрастную браншу подшиты в внутреннюю поверхность телного графта. Срок хранения не менее 24 месяцев. Размеры по заявке Заказчика.	шт	4	2 150 500,00	8 602 000,00	до склада заказчика, НАО "Центр сердца Шаманг" г. Шаманг ул. Байгурская 79а	2 150 400,00	8 601 600,00	Medtronic Ireland, Ирландия
2	Система стент-графта: Контрастальный компонент	Проксимальный кончик контрастальной бранши расширяется в короткой контрастальной бранше бифуркационной конфигурации, а дистальный — в контрастальной подкарональной артерии. Проксимальный кончик контрастальной бранши имеет конфигурацию стентной артерии, которая не содержит телного графта и стента. Срок хранения не менее 24 месяцев. Размеры по заявке Заказчика.	шт	4	1 450 500,00	5 802 000,00	до склада заказчика, НАО "Центр сердца Шаманг" г. Шаманг ул. Байгурская 79а	1 450 400,00	5 801 600,00	Medtronic Ireland, Ирландия
3	Система стент-графта: Опистоморный арте- подкарональный компонент	Проксимальный кончик опистоморной арте-подкарональной (АП) конфигурации расширяется в проксимальной шее и верхней части аневризма. Все стенты проксимального арте-подкаронального кончика АП конфигурации пришиваются к телу стент-графта. Проксимальный стент (супракарональный) арте-подкаронального компонента не покрывает телом материала. Таким образом, конструкция этого арте-подкаронального компонента позволяет стент-графту АП закрываться выше ветвления артерий без обструкции материала графта. На супракарональном стенте имеются фиксирующие шпиглы для обеспечения закрывания устройства АП на месте. Супракарональный стент пришиваются к проксимальному краю графта высококачественной подкарональной нитью. Дистальное арте-подкарональное коническое устройство АП стента подшито к телу графта. В дистальной оконечности конического устройства АП стента подшита к внутренней поверхности телного графта. Срок хранения не менее 24 месяцев. Размеры по заявке Заказчика.	шт	4	2 150 500,00	8 602 000,00	до склада заказчика, НАО "Центр сердца Шаманг" г. Шаманг ул. Байгурская 79а	2 150 400,00	8 601 600,00	Medtronic Ireland, Ирландия
4	Система стент-графта: Подкарональный компонент	Конфигурация подкарональной дополнительной части используется, если требуется дополнительно удлинить дистальную часть стент-графта. Это проксимальный кончик имеет конфигурацию открытой артерии. Конфигурация контрастальной бранши подкаронального размера можно использовать в качестве конфигурации подкарональной дополнительной части. Срок хранения не менее 24 месяцев. Размеры по заявке Заказчика.	шт	4	1 355 000,00	5 420 000,00	до склада заказчика, НАО "Центр сердца Шаманг" г. Шаманг ул. Байгурская 79а	1 354 900,00	5 419 600,00	Medtronic Ireland, Ирландия
5	Система стент-графта: Контрастальный компонент	Саморасширющийся трубчатый эластомер для рентгеноконтрастной визуализации и рентгенографии. Конструкция имеет открытую артерию в проксимальной части. Саморасширющийся эластомер на дистальном конце, состоящий из полиэфирного телного графта и эластического барьера, изготовленного из нитиноловой проволоки. Отсутствие вспомогательных фиксирующих приспособлений (крючков, зубцов и пазовых) для фиксации стента. Наличие легко визуализируемых рентгеноконтрастных пазов для рентгенографии. Рентгеноконтрастные пазы, для обеспечения рентгенографической визуализации его края в виде «8» - 4 шт. в проксимальной части и 1 в центральной части, в виде «8» - 2 шт. в дистальной части. Срок хранения не менее 24 месяцев. Размеры по заявке Заказчика.	шт	4	3 600 500,00	14 402 000,00	до склада заказчика, НАО "Центр сердца Шаманг" г. Шаманг ул. Байгурская 79а	3 600 400,00	14 401 600,00	Medtronic Ireland, Ирландия
6	Базальный катетер стент-графта	Базальный катетер стент-графта имеет диаметр в раздвинутом состоянии 10-46 (мм); размер изгиба 8(F), изогнутая длина 160 (см); совместимость с интроскопом 12 (F). Материал - полиэфирный полимер, не содержит латекса. Срок хранения не менее 24 месяцев. Размеры по заявке Заказчика.	шт	5	145 500,00	727 500,00	до склада заказчика, НАО "Центр сердца Шаманг" г. Шаманг ул. Байгурская 79а	145 400,00	727 000,00	Medtronic Ireland, Ирландия
Итого						43 555 500,00			43 553 000,00	

Председатель комиссии
Заместитель председателя комиссии
Члены комиссии:
Секретарь комиссии:

Удальцов М.С.
Сейдабаев Д.Б.
Туралибеков А.Б.
Керимкулов И.Х.
Тонина Г.Е.
Ауалбеков Е.Б.