

Протокол №44а
об итогах тендера по закупу медицинских изделий на 2024 год

г. Шымкент
ул. Байтурсынова 79а

от 19.02.2024г.

1. Тендерная комиссия в составе:

Уалиханов М.С	- исполнительный директор; председатель комиссии
Сейдакбаров Д.Д	-заместитель председателя правления; заместитель председателя комиссии
Ауелбеков Е.Б	- главный менеджер ОПОГЗ; секретарь

Члены комиссии:

Керимкулов И.Х.	- заведующий ангиографическим отделением
Тойева Г.Е.	- заведующая опер блоком
Турсунбеков А.Б	- заведующий аритмологическим отделением

рассмотрела тендерные заявки потенциальных поставщиков по объявлению №60 по закупу медицинских изделий на 2024 год.

2. Сумма, предусмотренная для закупа изделий медицинского назначения на 2024 год согласно приложению 1.

3. Запросы от потенциальных поставщиков по разъяснению положений тендерной документации не поступали.

4. Тендерную заявку на участие в тендере представили следующие потенциальные поставщики:

№	наименование потенциального поставщика	адрес	дата и время представления заявки
1	ТОО «UNICMED ASIA» («ЮНИКМЕД АЗИЯ»)	г.Алматы, ул.Байзакова, здание 125,НП2, офис 602 Тел 8 727 329-42-45	12.02.2024г 11:15ч

5. Квалификационные данные (документы) потенциальных поставщиков согласно приложению 2.

6. Тендерная комиссия при рассмотрении тендерных заявок также исходила из следующих критериев оценки сопоставления тендерных заявок:

- 1) оптимального и эффективного расходования денег, используемых для закупа;
- 2) предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения закупа;
- 3) добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков;
- 4) гласности и прозрачности процесса закупа;
- 5) поддержки отечественных товаропроизводителей;
- 6) поддержки предпринимательской инициативы
- 7) бесперебойного обеспечения населения Республики Казахстан лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения.

7. Сравнительное ценовое предложение потенциальных поставщиков, согласно приложению 3 к протоколу

8. На данный тендер эксперты не привлекались.



9. Тендерная комиссия по результатам оценки и сопоставления конкурсных заявок
РЕШИЛА:

1) На оснований абзаца первого пункта 66 Параграфа 4 Главы 2 Правил, в отсутствие конкуренции по лоту победителем тендера признается потенциальный поставщик, чья тендерная заявка признана тендерной комиссией единственной соответствующей условиям объявления и условиям Правил, в связи с чем признать победителем тендера по закупке медицинских изделий по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования на 2024 год следующих поставщиков:

№ п/п	наименование поставщика	адрес	№ лота	цена лота	общая сумма лота
1	ТОО «UNICMED ASIA» («ЮНИКМЕД АЗИЯ»)	г.Алматы, ул.Байзакова, здание 125,НП2, офис 602 Тел 8 727 329-42-45	3	430 000,0	6 450 000,00
			4	540 000,0	35 100 000,00
			5	2 250 000,0	45 000 000,00
			6	2 150 000,0	10 750 000,00

2) В соответствии с пунктом 65 Правил, утвержденных Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 (далее - Правила) тендерная комиссия признает тендер по закупке медицинских по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования на 2024 год несостоявшимся:

-по лоту №,№ 1,2- **отсутствуют тендерные заявки;**

10. НАО «Центр Сердца Шымкент, заключить договора с: ТОО «UNICMED ASIA» («ЮНИКМЕД АЗИЯ») в срок, согласно действующего законодательства РК.

Председатель комиссии



Уалиханов М.С.

Заместитель председателя



Сейдакбаров Д.Д.

Члены комиссии:



Керимкулов И.Х.



Тонева Г.Е.



Турсунбеков А.Б.

Секретарь комиссии



Ауелбеков Е.Б.

Приложение 3 к протоколу итогов №44а от 19.02.2024 года

№ п/п	Наименование лекарственного средства (необходимое наименование или состав)	Характеристика препарата с указанием дозировки, концентрации и лекарственной формы	Единица измерения	Кол-во	Цена	Сумма выделенная для закупки	Место поставки и условия поставки	ТОО «UNICMED ASIA» («ЮНИКМЕД АЗИЯ»)		
								Цена	Сумма	Проводитель/Страна происхождения
1	Баллонный катетер для кровооблатки из Кровоконость с принадлежностями	Управляемый проводимый по проводнику баллонный катетер для ангиографической кровооблатки разработанный для изоляции легочных вен. Диаметр раздутого баллона 28 мм. Размер катетера - внешний диаметр 10.5 Fr. Общая длина 140 см. Рабочая длина 95±2 см. Длина дистального кончика 10 мм. Рекомендуемый интродьюсер: управляемый интродьюсер 12 Fr. Совместимый проводник: 0.032-0.035". Управляемость: Изгиб в двух направлениях 45°. Материал: Кончик и катетер - Биосовместимый сплавник в сочетании с сульфатом бария (BaSO4). Внешний баллон - Полиуретан.	шт	20	1 089 500,00	21 790 000,00	до склада заказчика, НАО "Центр сердца Шымкент" г. Шымкент, ул. Байтурсынова 79а			
2	Навигационный катетер для абляции 29445019	Навигационные катетеры, стерильные, однократного применения, размерами 7,5 Fr, с изгибом В, С, D, E, F, G, J. Абляционный навигационный катетер, датчик температуры - термодатчик, диаметр электрода не более 7,5, кристалл на выбор заказчика, длина дистального электрода не более 3,5 мм, межэлектродное расстояние 2-5±2 мм, длина электрода не менее 115 см, наличие электронаправленных сенсоров в дистальном электроде катетера, наличие не менее 6 отверстий на дистальном электроде для создания контура абляции, ширина электрода не более 1,3 мм, диаметр ирригационных отверстий не более 0,41 мм, толщина стенки дистального электрода не более 0,1 мм, возможность одновременной регистрации биопотенциал и ультразвуковых сигналов, материал электрода - платиново-иридиевый сплав, для навигационной системы Carto 3.	шт	25	1 600 000,00	40 000 000,00	до склада заказчика, НАО "Центр сердца Шымкент" г. Шымкент, ул. Байтурсынова 79а			
3	Электрокардиостимулятор однокамерный МРТ-совместимый в комплекте принадлежностями	Электрокардиостимулятор однокамерный в комплекте с принадлежностями и без них (одноканальный). Размеры 41x50x6 мм, вес 19 г, объем -9,7 см³ Тип коннектора электрода IS-1, тип телеметрии - индукционный. Срок службы - 14,4 лет при следующих параметрах: A, V - 2,5 V @ 0,4 ms, 500 ohms, 100% VVI pacing @ 60 bpm, Pacing System OFF, SEGMs ON. Частоты и задержки: Желудочковый сенсинг/настройка - (Фиксированный)(мс) - 125;160-400 с шагом 30; 440, 470. База ритм (мин-1) 30-130 с шагом 5, 140-170 с шагом 10. Режимы VOO(R), VVI(R), VVT(R), Выключен, AOO(R), AA(R), AAT(R). Режимы гистерезиса: Выключен, 30-150 с шагом 5. Гистерезис с переменным интервалом - Выключен, 1,5,10,15,30. Полюс ритм 1-16 с шагом 1. Частота интервальной - Выключена, 80-120 с шагом 10. Естественная +0, Естественная +10, +20, +30, одноканальная с базовым ритмом. Прогнозируемость интервальной (мин) - 1-10 с шагом 1. Время постановки - Быстрый, средний, медленный, очень медленный. Ритм во время отдыха (мин-1) - Выключен, 30-150 с шагом 5. Частотозависимый VREF - Выключен, низкий/средний, высокий. Минимальный VREF - 125-475 с шагом 25. Выход и сенсинг: Алгоритм захвата при предсердной стимуляции - Выключен, мониторинг, включен. Конфигурация ведущего импульса - биполярная, конфигурация запяского импульса - биполярная, амплитуда запяского импульса - 5В. Полюсовый интервал - 8,24 часа. Амплитуда предсердного или желудочкового импульса - 0,25 -4В с шагом 0,25; 4,5-7,5 с шагом 0,5. Длительность желудочкового или предсердного импульса (мс) - 0,05; 0,1-1,5 с шагом 0,1. Конфигурация желудочкового или предсердного импульса - униполярная (концевой электрод-кончик). Биполярная (концевой электрод - кончик). Размеры 41x50x6 мм, вес 19 г, объем -10,4 см³ Тип коннектора электрода IS-1, тип телеметрии - индукционный. Срок службы - 9,7 лет при следующих параметрах: A, V - 2,5 V @ 0,4 ms, 500 ohms, 100% DDD pacing @ 60 bpm; Алгоритм для безболезненного и эффективного автоподбора порога стимуляции, Pacing System OFF, SEGMs ON. Совместим с внешним устройством удаленного мониторинга. Частоты и задержки. Рефрактерность предсердного наджав (мс): 190-400 с шагом 30; 440, 470. Рефрактерность предсердного сенсинга (мс): 93; 125; 157; 190-400 с шагом 30; 440, 470. Атриовентрикулярная задержка (назад) (мс): 75; 80-200 с шагом 10; 225 с шагом 25. 350. База ритм (мин-1) 30-130 с шагом 5. Имплантируемый двухкамерный кардиостимулятор дефибрилятор с принадлежностями. Режимы стимуляции: DDDR, DDD, DDIR, DVI(R), VDDR, VDIR, VV(R), AA(R), DDO(R), VOO(R), AAO(R), DDI(R), DDI(R), DVI(R), VDI(R), VVT(R), AAT(R). Объем 35 см³, масса 75 г, размеры 71x40x14, срок службы 8,4 года (без стимуляции, 4 максимальных разряда в год, максимальная доставляемая энергия шока 40 Дж, максимальная накопленная энергия 45 Дж, коннектор DF4, метода индукции «Шок на Т-волне», «Burst», «DC FiberTMs», вибраторный индикатор пациента - 12 различных триггеров, SVT индикаторы: морфология, везикулярный приступ, стабильность интервала с SIN/AVA, Rate Blank, биомеханический анализ, 45 мин записи индексов (IEGM), 60 эпизодов, тренды по измерениям, предсердия и желудочковая ЧСС гистограны, Сенсор гистограны, 7. Система дистанционного мониторинга совместима с платформой, запись эпизодов с возможностью записи до 3 IEGM часов отсроченно, алгоритм гемодинамической оптимизации, телеметрия (согласно стандарту MICS), алгоритм определения дефибрилляционных порогов DefT, алгоритм оптимизации сенсинга, алгоритм снижения желудочковой стимуляции (только для двухкамерных моделей) МРТ совместимый, с зонами исключения изоцентра сканирования. МРТ совместимость 1,5 Т, при соблюдении зон исключения. Специфическая поглощаемая мощность до 2 ватт на килограмм. Наличие переносного покрытия корпуса устройства. Дефибрилляционный электрод активной фиксации, длина 58,65 см, биполярный сенсинг. Фиксация - выдвигается/сдвигается/сдвигается. Количество дефибрилляционных катушек один/два. Конфигурация сенсинга - истинно биполярный. Размер интродьюсера не более 7Fr. Коннектор DF1, IS-1, DF4. Диаметр электрода 6,8 Fr. Расстояние от кончика электрода до анода 11 мм. Расстояние от кончика до тросика стимуляции.	комп	15	430 000,00	6 450 000,00	до склада заказчика, НАО "Центр сердца Шымкент" г. Шымкент, ул. Байтурсынова 79а	430000	6450000	St. Jude Medical Operations, Малайзия
4	Электрокардиостимулятор двухкамерный МРТ-совместимый в комплекте принадлежностями	Электрокардиостимулятор двухкамерный в комплекте с принадлежностями и без них (двухканальный). Размеры 41x50x6 мм, вес 19 г, объем -9,7 см³ Тип коннектора электрода IS-1, тип телеметрии - индукционный. Срок службы - 9,7 лет при следующих параметрах: A, V - 2,5 V @ 0,4 ms, 500 ohms, 100% DDD pacing @ 60 bpm; Алгоритм для безболезненного и эффективного автоподбора порога стимуляции, Pacing System OFF, SEGMs ON. Совместим с внешним устройством удаленного мониторинга. Частоты и задержки. Рефрактерность предсердного наджав (мс): 190-400 с шагом 30; 440, 470. Рефрактерность предсердного сенсинга (мс): 93; 125; 157; 190-400 с шагом 30; 440, 470. Атриовентрикулярная задержка (назад) (мс): 75; 80-200 с шагом 10; 225 с шагом 25. 350. База ритм (мин-1) 30-130 с шагом 5. Имплантируемый двухкамерный кардиостимулятор дефибрилятор с принадлежностями. Режимы стимуляции: DDDR, DDD, DDIR, DVI(R), VDDR, VDIR, VV(R), AA(R), DDO(R), VOO(R), AAO(R), DDI(R), DDI(R), DVI(R), VDI(R), VVT(R), AAT(R). Объем 35 см³, масса 75 г, размеры 71x40x14, срок службы 8,4 года (без стимуляции, 4 максимальных разряда в год, максимальная доставляемая энергия шока 40 Дж, максимальная накопленная энергия 45 Дж, коннектор DF4, метода индукции «Шок на Т-волне», «Burst», «DC FiberTMs», вибраторный индикатор пациента - 12 различных триггеров, SVT индикаторы: морфология, везикулярный приступ, стабильность интервала с SIN/AVA, Rate Blank, биомеханический анализ, 45 мин записи индексов (IEGM), 60 эпизодов, тренды по измерениям, предсердия и желудочковая ЧСС гистограны, Сенсор гистограны, 7. Система дистанционного мониторинга совместима с платформой, запись эпизодов с возможностью записи до 3 IEGM часов отсроченно, алгоритм гемодинамической оптимизации, телеметрия (согласно стандарту MICS), алгоритм определения дефибрилляционных порогов DefT, алгоритм оптимизации сенсинга, алгоритм снижения желудочковой стимуляции (только для двухкамерных моделей) МРТ совместимый, с зонами исключения изоцентра сканирования. МРТ совместимость 1,5 Т, при соблюдении зон исключения. Специфическая поглощаемая мощность до 2 ватт на килограмм. Наличие переносного покрытия корпуса устройства. Дефибрилляционный электрод активной фиксации, длина 58,65 см, биполярный сенсинг. Фиксация - выдвигается/сдвигается/сдвигается. Количество дефибрилляционных катушек один/два. Конфигурация сенсинга - истинно биполярный. Размер интродьюсера не более 7Fr. Коннектор DF1, IS-1, DF4. Диаметр электрода 6,8 Fr. Расстояние от кончика электрода до анода 11 мм. Расстояние от кончика до тросика стимуляции.	комп	65	840 000,00	35 100 000,00	до склада заказчика, НАО "Центр сердца Шымкент" г. Шымкент, ул. Байтурсынова 79а	840000	35100000	St. Jude Medical Operations, Малайзия
5	Имплантируемый двухкамерный кардиостимулятор дефибрилятор МРТ-совместимый	Имплантируемый двухкамерный кардиостимулятор дефибрилятор с принадлежностями. Объем 35 см³, масса 75 г, размеры 71x40x14, срок службы 8,4 года (без стимуляции, 4 максимальных разряда в год, максимальная доставляемая энергия шока 40 Дж, максимальная накопленная энергия 45 Дж, коннектор DF4, метода индукции «Шок на Т-волне», «Burst», «DC FiberTMs», вибраторный индикатор пациента - 12 различных триггеров, SVT индикаторы: морфология, везикулярный приступ, стабильность интервала с SIN/AVA, Rate Blank, биомеханический анализ, 45 мин записи индексов (IEGM), 60 эпизодов, тренды по измерениям, предсердия и желудочковая ЧСС гистограны, Сенсор гистограны, 7. Система дистанционного мониторинга совместима с платформой, запись эпизодов с возможностью записи до 3 IEGM часов отсроченно, алгоритм гемодинамической оптимизации, телеметрия (согласно стандарту MICS), алгоритм определения дефибрилляционных порогов DefT, алгоритм оптимизации сенсинга, алгоритм снижения желудочковой стимуляции (только для двухкамерных моделей) МРТ совместимый, с зонами исключения изоцентра сканирования. МРТ совместимость 1,5 Т, при соблюдении зон исключения. Специфическая поглощаемая мощность до 2 ватт на килограмм. Наличие переносного покрытия корпуса устройства. Дефибрилляционный электрод активной фиксации, длина 58,65 см, биполярный сенсинг. Фиксация - выдвигается/сдвигается/сдвигается. Количество дефибрилляционных катушек один/два. Конфигурация сенсинга - истинно биполярный. Размер интродьюсера не более 7Fr. Коннектор DF1, IS-1, DF4. Диаметр электрода 6,8 Fr. Расстояние от кончика электрода до анода 11 мм. Расстояние от кончика до тросика стимуляции.	комп	20	2 250 000,00	45 000 000,00	до склада заказчика, НАО "Центр сердца Шымкент" г. Шымкент, ул. Байтурсынова 79а	2250000	45000000	Abbot Medical Малайзия
6	Имплантируемый одноканальный кардиостимулятор дефибрилятор МРТ-совместимый	Имплантируемый одноканальный кардиостимулятор дефибрилятор с принадлежностями. Объем 35 см³, масса 75 г, размеры 71x40x14, срок службы 8,4 года (без стимуляции, 4 максимальных разряда в год, максимальная доставляемая энергия шока 40 Дж, максимальная накопленная энергия 45 Дж, коннектор DF4, метода индукции «Шок на Т-волне», «Burst», «DC FiberTMs», вибраторный индикатор пациента - 12 различных триггеров, SVT индикаторы: морфология, везикулярный приступ, стабильность интервала с SIN/AVA, Rate Blank, биомеханический анализ, 45 мин записи индексов (IEGM), 60 эпизодов, тренды по измерениям, предсердия и желудочковая ЧСС гистограны, Сенсор гистограны, 7. Система дистанционного мониторинга совместима с платформой, запись эпизодов с возможностью записи до 3 IEGM часов отсроченно, алгоритм гемодинамической оптимизации, телеметрия (согласно стандарту MICS), алгоритм определения дефибрилляционных порогов DefT, алгоритм оптимизации сенсинга, алгоритм снижения желудочковой стимуляции (только для двухкамерных моделей) МРТ совместимый, с зонами исключения изоцентра сканирования. МРТ совместимость 1,5 Т, при соблюдении зон исключения. Специфическая поглощаемая мощность до 2 ватт на килограмм. Наличие переносного покрытия корпуса устройства. Дефибрилляционный электрод активной фиксации, длина 58,65 см, биполярный сенсинг. Фиксация - выдвигается/сдвигается/сдвигается. Количество дефибрилляционных катушек один/два. Конфигурация сенсинга - истинно биполярный. Размер интродьюсера не более 7Fr. Коннектор DF1, IS-1, DF4. Диаметр электрода 6,8 Fr. Расстояние от кончика электрода до анода 11 мм. Расстояние от кончика до тросика стимуляции.	комп	5	2 150 000,00	10 750 000,00	до склада заказчика, НАО "Центр сердца Шымкент" г. Шымкент, ул. Байтурсынова 79а	2150000	10750000	Abbot Medical Малайзия
Итого						159 090 000,00			97 300 000,00	

Председатель комиссии

Заместитель председателя комиссии

Члены комиссии:

Секретарь комиссии:

Усманов М.С.

Сейтжанов Д.Д.

Турсунбеков А.Б.

Керимкулов И.Х.

Топча Г.Е.

Ауелбеков Е.Б.