

Протокол №47а
об итогах тендера по закупу медицинских изделий на 2024 год

г. Шымкент
ул. Байтурсынова 79а

от 19.02.2024г.

1. Тендерная комиссия в составе:

Уалиханов М.С	- исполнительный директор; председатель комиссии
Сейдакбаров Д.Д	-заместитель председателя правления; заместитель председателя комиссии
Ауелбеков Е.Б	- главный менеджер ОГПЗ; секретарь

Члены комиссии:

Керимкулов И.Х.	- заведующий ангиографическим отделением
Тоиева Г.Е.	- заведующая опер блоком
Турсунбеков А.Б	- заведующий аритмологическим отделением

рассмотрела тендерные заявки потенциальных поставщиков по объявлению №69 по закупу медицинских изделий на 2024 год.

2. Сумма, предусмотренная для закупа изделий медицинского назначения на 2024 год согласно приложению 1.

3. Запросы от потенциальных поставщиков по разъяснению положений тендерной документации не поступали.

4. Тендерную заявку на участие в тендере представили следующие потенциальные поставщики:

№	наименование потенциального поставщика	адрес	дата и время представления заявки
1	ТОО «UNICMED ASIA» («ЮНИКМЕД АЗИЯ»)	г.Алматы, ул.Байзакова, здание 125,НП2, офис 602 Тел 8 727 329-42-45	12.02.2024г 11:15ч


5. Квалификационные данные (документы) потенциальных поставщиков согласно приложению 2.

6. Тендерная комиссия при рассмотрении тендерных заявок также исходила из следующих критериев оценки сопоставления тендерных заявок:

- 1) оптимального и эффективного расходования денег, используемых для закупа;
- 2) предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения закупа;
- 3) добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков;
- 4) гласности и прозрачности процесса закупа;
- 5) поддержки отечественных товаропроизводителей;
- 6) поддержки предпринимательской инициативы
- 7) бесперебойного обеспечения населения Республики Казахстан лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения.

7. Сравнительное ценовое предложение потенциальных поставщиков, согласно приложению 3 к протоколу

8. На данный тендер эксперты не привлекались.



9. Тендерная комиссия по результатам оценки и сопоставления конкурсных заявок **РЕШИЛА:**

1) На основании абзаца первого пункта 66 Параграфа 4 Главы 2 Правил, в отсутствие конкуренции по лоту победителем тендера признается потенциальный поставщик, чья тендерная заявка признана тендерной комиссией единственной соответствующей условиям объявления и условиям Правил, в связи с чем признать победителем тендера по закупке медицинских изделий по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования на 2024 год следующих поставщиков:

№ п/п	наименование поставщика	адрес	№ лота	цена лота	общая сумма лота
1	ТОО «UNICMED ASIA» («ЮНИКМЕД АЗИЯ»)	г.Алматы, ул.Байзакова, здание 125,НП2, офис 602 Тел 8 727 329-42-45	3	179 750,0	7 190 000,00
			4	325 160,0	6 503 200,00
			5	500 000,0	15 000 000,00

2) В соответствии с пунктом 65 Правил, утвержденных Приказом Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 (далее - Правила) тендерная комиссия признает тендер по закупке медицинских изделий по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования на 2024 год несостоявшимся:

-по лоту №,№ 1,2- отсутствуют тендерные заявки;

10. НАО «Центр Сердца Шымкент, заключить договора с: ТОО «UNICMED ASIA» («ЮНИКМЕД АЗИЯ») в срок, согласно действующего законодательства РК.

Председатель комиссии

Уалиханов М.С.

Заместитель председателя

Сейдакбаров Д.Д.

Члены комиссии:

Керимкулов И.Х.

Тонев Г.Е.

Турсунбеков А.Б.

Секретарь комиссии

Ауелбеков Е.Б.

Приложение 3 к протоколу итогов №47а от 19.02.2024 года

№ п/п	Наименование лекарственного средства (международное непатентованное название или состав)	Характеристика препарата с указанием дозировки, концентрации и лекарственной формы	Единица измерения	Кол-во	Цена	Сумма поставленной для закупки	Место поставки и условия поставки	ТОО «UNICMED ASIA» («ЮНИКМЕД АЗИЯ»)		
								Цена	Сумма	Производитель/Страна происхождения
1	DBVCS3D4 ИМПЛАНТИР КАРДИДЕФИБРИЛЯТОР S DR	Двухкамерный кардиовертер-дефибрилятор DR с физиологической контурованной формой. 1 Устройство: коннекторы IS-1, DF-4; масса: 78 г; объем: 34 см ³ ; Габариты: 68 мм x 51 мм x 13 мм; форма корпуса: Физиологическая контурованная. Наличие функции: авто переключение между режимами стимуляции (AAI <-> DDD), автоматическое измерение порогов стимуляции и автоматическое изменение выходных параметров при изменении порогов в обеих камерах, срок службы: 9 лет (с учетом пазуловых шагов с максимальной мощностью, с 50% стимуляцией ПП), амплитуда ПП 2,5 В, ПЖ 3,5 В, сопротивление 600 Ом, ежесекундные передачи данных с помощью удаленного наблюдения. 2 Дефибрилляционный электрод: МРТ совместимый, коннектор DF-4, фиксация – активная, наличие стериода, длина электрода более 55см, максимальный диаметр электрода 8,6 Гг; 3 Предсердный электрод: МРТ совместимый, коннектор IS-1 Вг, фиксация – активная, стандартные длины 45-110 см, Расстояние от кончика до кольца не более 10мм, диаметр корпуса электрода менее 2 мм. 4 Интродьюсер чрескожный 2 шт. с боковым портом и гемостатическим клапаном, размеры 7,8, 9, 10 Гг	компл	7	2 250 000,00	15 750 000,00	до склада заказчика, НАО "Центр сердца Шымкент" г. Шымкент, ул. Байтурсынова 79а			
2	Имплантируемый кардиовертер-дефибрилятор Sorinra CRT-D SureScan с принадлежностями (трехкамерный)	Трехкамерное устройство для сердечной ресинхронизирующей терапии с функцией кардиовертер-дефибриляции (СРТ-ИД) с квадриполярными ЛЖ электродом, в комплекте с принадлежностями и монитором для удаленного наблюдения за пациентом. 1 Устройство: коннекторы IS-1, IS-4, DF-4; масса: 81 г; объем: 35 см ³ ; Габариты: 74 мм x 51 мм x 13 мм; форма корпуса: Физиологическая контурованная. Наличие функции: амбулаторная автоматическая оптимизация AV/VV задержка самов устройства; автоматическая бестарная оптимизация на ЛЖ электроде, минимум 16 программируемых векторов; срок службы: более 7 лет (При 15% ПП, 50% ПЖ, 100% ЛЖ стимуляции, амплитуда 2,5 В, импеданс 600 Ом.) 2 Дефибрилляционный электрод: МРТ совместимый, коннектор DF-4, фиксация – активная, наличие стериода, длина электрода более 55см, максимальный диаметр электрода 8,6 Гг; 3 ЛЖ электрод: 4-х полюсный, наличие стериода на всех 4-х полюсах, наличие минимального расстояния между полюсами не более 1,3 см, наличие минимум 16-ти векторов стимуляции, минимум 3 формы электрода для различных антомии. 4 Предсердный электрод: МРТ совместимый, коннектор IS-1 Вг, фиксация – активная, стандартные длины 45-110 см, Расстояние от кончика до кольца не более 10мм, диаметр корпуса электрода менее 2 мм. 5 Интродьюсер чрескожный 3 шт. с боковым портом и гемостатическим клапаном, размеры 7,8, 9, 10 Гг 6 Доставляющая система для левожелудочкового электрода с гемостатическим клапаном, проводник - длина 120 см, диаметр 0,09 см; управляемый катетер - длина 45 см, внутренний диаметр 7,2 Гг, наружный диаметр 9,9 Гг, дилататор -	компл	4	2 350 000,00	9 400 000,00	до склада заказчика, НАО "Центр сердца Шымкент" г. Шымкент, ул. Байтурсынова 79а			
3	Диагностические катетеры управляемые 4, 10, 20 полюсные, 4 Гг, 5 Гг, 6 Гг, 7 Гг	Управляемый диагностический катетер, 4 и 10-полюсные: размер 4 Гг, 5 Гг, 6 Гг, 7 Гг, длина введения 110 см, межэлектродное расстояние 2,5, 2,5-2, 2-10-2, кривизна Medium, Large, размер кольцевого электрода 1-2 мм, размер кончика электрода 1 мм. Наличие дополнительных размеров по заявке заказчика.	шт	40	179 750,00	7 190 000,00	до склада заказчика, НАО "Центр сердца Шымкент" г. Шымкент, ул. Байтурсынова 79а	179750	7190000	St. Jude Medical Operations, CHIA
4	Интродьюсер управляемый	Управляемый армированный интродьюсер с точным контролем изгиба. Наличие атравматичного кончика и гемостатического клапана. Двухсторонний изгиб. Рентген контрастный маркер на кончике. Размер интродьюсера 8,5 Гг, размер дилататора 8,5 Гг, максимальный размер проводника 0,32 (in), рабочая длина 40, 61, 71 см. Длина просвета интродьюсера 81, 91 см. Тип изгиба Small Curl, Medium Curl, Large Curl.	шт	20	325 160,00	6 503 200,00	до склада заказчика, НАО "Центр сердца Шымкент" г. Шымкент, ул. Байтурсынова 79а	325160	6503200	St. Jude Medical Operations, CHIA
5	Абляционный катетер с одно- и двунаправленным	Катетер абляционный с однополюсным электродом 7,5 Гг и дистальной частью 8 Гг. Изготовлен из термостойкого эластичного материала с электродами из благородных металлов. Имеет тип электрода с глубоким наконечником, который имеет просвет для жидкости, предназначенный для циркуляции физиологического раствора и хода проведения абляции. Для измерения кривизмы дистального конца однонаправленного катетера имеется клипса контроля, расположенная на рукоятке. Для измерения кривизмы дистального конца двунаправленного катетера имеется соответствующий регулятор. Доступно всемирно применяющийся изгиб дистальной части абляционных катетеров. Длина	шт	30	500 000,00	15 000 000,00	до склада заказчика, НАО "Центр сердца Шымкент" г. Шымкент, ул. Байтурсынова 79а	500000	15000000	St. Jude Medical Operations, CHIA
Итого						53 843 260,00			28 693 260,00	

Председатель комиссии

Заместитель председателя комиссии

Члены комиссии:

Секретарь комиссии:

Уалиханов М.С.

Сейткабиров Д.Д.

Гурсунбеков А.Б.

Керимкулов И.Х.

Тонина Г.Е.

Ауелбеков Е.Б.