

Протокол №48а
об итогах тендера по закупке медицинских изделий на 2024 год

г. Шымкент
ул. Байтурсынова 79а

от 19.02.2024г.

1. Тендерная комиссия в составе:

Уалиханов М.С	- исполнительный директор; председатель комиссии
Сейдакбаров Д.Д	-заместитель председателя правления; заместитель председателя комиссии
Ауелбеков Е.Б	- главный менеджер ОГПЗ; секретарь

Члены комиссии:

Керимкулов И.Х.	- заведующий ангиографическим отделением
Тоиева Г.Е.	- заведующая опер блоком
Турсунбеков А.Б	- заведующий аритмологическим отделением

рассмотрела тендерные заявки потенциальных поставщиков по объявлению №70 по закупке медицинских изделий на 2024 год.

2. Сумма, предусмотренная для закупа изделий медицинского назначения на 2024 год согласно приложению 1.

3. Запросы от потенциальных поставщиков по разъяснению положений тендерной документации не поступали.

4. Тендерную заявку на участие в тендере представили следующие потенциальные поставщики:

№	наименование потенциального поставщика	адрес	дата и время представления заявки
1	ТОО «Глобал Медикал»	г.Алматы, ул.Талдыарал 4	15.02.2024г 16:50ч

5. Квалификационные данные (документы) потенциальных поставщиков согласно приложению 2.

6. Тендерная комиссия при рассмотрении тендерных заявок также исходила из следующих критериев оценки сопоставления тендерных заявок:

- 1) оптимального и эффективного расходования денег, используемых для закупа;
- 2) предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения закупа;
- 3) добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков;
- 4) гласности и прозрачности процесса закупа;
- 5) поддержки отечественных товаропроизводителей;
- 6) поддержки предпринимательской инициативы
- 7) бесперебойного обеспечения населения Республики Казахстан лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения.

7. Сравнительное ценовое предложение потенциальных поставщиков, согласно приложению 3 к протоколу

8. На данный тендер эксперты не привлекались.

9. Тендерная комиссия по результатам оценки и сопоставления конкурсных заявок
РЕШИЛА:

1) На основании абзаца первого пункта 66 Параграфа 4 Главы 2 Правил, в отсутствие конкуренции по лоту победителем тендера признается потенциальный поставщик, чья тендерная заявка признана тендерной комиссией единственной соответствующей условиям объявления и условиям Правил, в связи с чем признать победителем тендера по закупке медицинских изделий по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования на 2024 год следующих поставщиков:

№ п/п	наименование поставщика	адрес	№ лота	цена лота	общая сумма лота
1	ТОО «Глобал Медикал»	г.Алматы, ул.Талдыарал 4	2	487 400,0	9 748 000,00
			3	404 900,0	8 098 000,00
			5	179 400,0	3 588 000,00
			6	159 900,0	1 599 000,00

2) В соответствии с пунктом 65 Правил, утвержденных Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 (далее - Правила) тендерная комиссия признает тендер по закупке медицинских изделий по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования на 2024 год несостоявшимся:

-по лоту №, № 1,4- отсутствуют тендерные заявки;

10. НАО «Центр Сердца Шымкент, заключить договора с: ТОО «Глобал Медикал» в срок, согласно действующего законодательства РК.

Председатель комиссии



Уалиханов М.С.

Заместитель председателя



Сейдакбаров Д.Д.

Члены комиссии:



Керимкулов И.Х.



Тоиева Г.Е.



Турсунбеков А.Б.



Секретарь комиссии

Ауелбеков Е.Б.

Приложение 3 к протоколу итогов №48а от 19.02.2024 года

№ п/п	Наименование лекарственного средства (международное непатентованное название или состав)	Характеристика препарата с указанием дозировки, концентрации и лекарственной формы	Единица измерения	Кол-во	Цена	Сумма выделенная для закупки	Место поставки и условия поставки	ТОО «Глобал Медикало»		
								Цена	Сумма	Производитель/Страна происхождения
1	Электрод для временной трансвенозной кардиостимуляции	Электрод для временной трансвенозной кардиостимуляции. Варианты диаметров катетера: 5 и 6 Fr. Варианты модели с усиленной конструкцией для лучшей стабильности в зонах повышенной гемодинамики. Рабочая длина 114 см. Материал: полиамид, оплет. Типы кривизны: Straight, J-shaped. Количество полюсов: 2. Материал полюсов: нержавеющей сталь. Длина дистального полюса: 4 см. Длина кольцевого полюса: 3 см. Варианты межполюсного расстояния (spacing): 5 и 7 мм. Площадь дистального полюса: 5Fr - 19 мм ² , 6Fr - 25 мм ² . Площадь кольцевого полюса: 5Fr - 15 мм ² , 6Fr - 19 мм ² . Тип коннектора 2x2 мм. В комплект входит 5 электродов в стерильной упаковке.	компл	6	750 000,00	4 500 000,00	до склада заказчика, НАО "Центр сердца Шымкент" г. Шымкент, ул. Байтурсынова 79а			
2	Орошаемый абляционный катетер	Абляционный орошаемый катетер для регистрации сердечных потенциалов и проведения радиочастотной абляции сердца при лечении тахикардий. Катетер выполнен из медицинского термопластичного эластичного полимера. Материал электрода - платина, которая обеспечивают низкое сопротивление, высокую точность регистрации сигналов ВЭГМ и хорошую рентген-контрастность. Диаметр катетера не более 7 Fr. Количество полюсов не менее 4. Межполюсное расстояние: 2-5-2. Длина не менее 115 см. Наличие эргономичной ручки с отличной маневренностью, стабилизацией и управляемостью. Наличие не менее 4-х вариантов кривизны катетера. Открытый тип орошения с количеством выходов не менее 6.	шт	20	487 500,00	9 750 000,00	до склада заказчика, НАО "Центр сердца Шымкент" г. Шымкент, ул. Байтурсынова 79а	487400	9748000	Шанхай Миропорт Китай
3	Неорошаемый абляционный катетер	Абляционный неорошаемый катетер для регистрации сердечных потенциалов и проведения радиочастотной абляции сердца при лечении тахикардий. Катетер выполнен из медицинского термопластичного эластичного полимера. Материал электрода - платина, которая обеспечивают низкое сопротивление, высокую точность регистрации сигналов ВЭГМ и хорошую рентген-контрастность. Диаметр катетера не более 7 Fr. Количество полюсов не менее 4. Межполюсное расстояние: 2-5-2. Наличие не менее двух вариантов длины катетера: не более 90 см и не менее 115 см. Наличие катетера с усиленной стабилизацией и жесткостью. Наличие эргономичной ручки с отличной маневренностью, стабилизацией и управляемостью. Наличие не менее 6-ти вариантов кривизны катетера.	шт	20	405 000,00	8 100 000,00	до склада заказчика, НАО "Центр сердца Шымкент" г. Шымкент, ул. Байтурсынова 79а	404900	8098000	Шанхай Миропорт Китай
4	Управляемые 4-х, 10-ти и 20-ти полюсные диагностические катетеры	Управляемый диагностический катетер для регистрации сердечных потенциалов при проведении электрофизиологического исследования сердца или радиочастотной абляции тахикардий. Количество полюсов: 4, 10, 20. Длина не менее 115 см. Диаметр катетера 6 и 7 Fr. Не менее 13 вариантов межполюсного расстояния. Наличие у 20-ти полюсных катетеров вариантов удаленного расположения 10 полюсов для аритмий типа трепетание предсердий и других. Наличие не менее трех вариантов кривизны катетера. Наличие эргономичной ручки с отличной маневренностью, стабилизацией и управляемостью.	шт	70	179 500,00	12 565 000,00	до склада заказчика, НАО "Центр сердца Шымкент" г. Шымкент, ул. Байтурсынова 79а			
5	Неуправляемый 10-полюсный диагностический катетер	Неуправляемый диагностический катетер для регистрации сердечных потенциалов при проведении электрофизиологического исследования сердца или радиочастотной абляции тахикардий. Количество полюсов: 10. Различные варианты длины катетера: 60, 92, 115 см. Диаметр катетера 5 и 6 Fr. Наличие не менее 2-х вариантов кривизны катетера. Межполюсное расстояние 2-8-2.	шт	20	179 500,00	3 590 000,00	до склада заказчика, НАО "Центр сердца Шымкент" г. Шымкент, ул. Байтурсынова 79а	179400	3588000	Шанхай Миропорт Китай
6	Неуправляемый 4-полюсный диагностический катетер	Неуправляемый диагностический катетер для регистрации сердечных потенциалов при проведении электрофизиологического исследования сердца или радиочастотной абляции тахикардий. Количество полюсов: 4. Длина не менее 115 см. Диаметр катетера не менее 6 Fr. Варианты межполюсного расстояния: 2-5-2, 5-5-5, 10-10-10. Наличие не менее трех вариантов кривизны катетера.	шт	10	160 000,00	1 600 000,00	до склада заказчика, НАО "Центр сердца Шымкент" г. Шымкент, ул. Байтурсынова 79а	159900	1599000	Шанхай Миропорт Китай
Итого						49 105 000,00			23 033 009,00	

Председатель комиссии:

Заместитель председателя комиссии:

Члены комиссии:

Секретарь комиссии:

Уалиханов М.С.

Сейлакбаров Д.Д.

Турсунбеков А.Б.

Керимкулов Н.Х.

Тонца Г.Е.

Ауелбеков Е.Б.