

Протокол №50а
об итогах тендера по закупке медицинских изделий на 2024 год

г. Шымкент
ул. Байтурсынова 79а

от 19.02.2024г.

1. Тендерная комиссия в составе:

Уалиханов М.С	- исполнительный директор; председатель комиссии
Сейдакбаров Д.Д	-заместитель председателя правления; заместитель председателя комиссии
Ауелбеков Е.Б	- главный менеджер ОПОГЗ; секретарь

Члены комиссии:

Керимкулов И.Х.	- заведующий ангиографическим отделением
Тоиева Г.Е.	- заведующая опер блоком
Турсунбеков А.Б	- заведующий аритмологическим отделением

рассмотрела тендерные заявки потенциальных поставщиков по объявлению №64 по закупке медицинских изделий на 2024 год.

2. Сумма, предусмотренная для закупа изделий медицинского назначения на 2024 год согласно приложению 1.

3. Запросы от потенциальных поставщиков по разъяснению положений тендерной документации не поступали.

4. Тендерную заявку на участие в тендере представили следующие потенциальные поставщики:

№	наименование потенциального поставщика	адрес	дата и время представления заявки
1	ТОО «ASIA MED Engineering»	г.Алматы, Бостандыкский район, ул. Попова д19, н.п 3 Тел 8 775 930-48-42	14.02.2024г 14:18ч

5. Квалификационные данные (документы) потенциальных поставщиков согласно приложению 2.

6. Тендерная комиссия при рассмотрении тендерных заявок также исходила из следующих критериев оценки сопоставления тендерных заявок:

- 1) оптимального и эффективного расходования денег, используемых для закупа;
- 2) предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения закупа;
- 3) добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков;
- 4) гласности и прозрачности процесса закупа;
- 5) поддержки отечественных товаропроизводителей;
- 6) поддержки предпринимательской инициативы
- 7) бесперебойного обеспечения населения Республики Казахстан лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения.

7. Сравнительное ценовое предложение потенциальных поставщиков, согласно приложению 3 к протоколу

8. На данный тендер эксперты не привлекались.

9. Тендерная комиссия по результатам оценки и сопоставления конкурсных заявок
РЕШИЛА:

1) На основании абзаца первого пункта 66 Параграфа 4 Главы 2 Правил, в отсутствие конкуренции по лоту победителем тендера признается потенциальный поставщик, чья тендерная заявка признана тендерной комиссией единственной соответствующей условиям объявления и условиям Правил, в связи с чем признать победителем тендера по закупке медицинских изделий по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования на 2024 год следующих поставщиков:


№ п/п	наименование поставщика	адрес	№ лота	цена лота	общая сумма лота
1	ТОО «ASIA MED Engineering»	г.Алматы, Бостандыкский район, ул. Попова д19, н.п 3 Тел 8 775 930-48-42	1	487 500,0	12 187 500,00
			3	131 500,0	7 890 000,00
			5	454 500,0	9 090 000,00

2) В соответствии с пунктом 65 Правил, утвержденных Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 (далее - Правила) тендерная комиссия признает тендер по закупке медицинских изделий по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования на 2024 год несостоявшимся:

-по лоту №,№ 2,4- отсутствуют тендерные заявки;

10. НАО «Центр Сердца Шымкент, заключить договора с: ТОО «ASIA MED Engineering» в срок, согласно действующего законодательства РК.

Председатель комиссии



Уалиханов М.С.

Заместитель председателя



Сейдакбаров Д.Д.

Члены комиссии:



Керимкулов И.Х.

Тонева Г.Е.

Турсунбеков А.Б.

Секретарь комиссии



Ауелбеков Е.Б.

№ п/п	Наименование электродного элемента (наименование изделия или системы)	Характеристика прибора с указанием размеров, конструкции и электродной формы	Единица измерения	Кол-во	Цена	Сумма выделенная для закупки	Место поставки и условия поставки	ООО «ASIA MED Engineering»		
								Цена	Сумма	Производитель/Страна происхождения
1	Орошаемый аблационный катетер 29445078	Четырехполосный управляемый орошаемый катетер для регистрации интракардиальных сигналов и эндотермической радиочастотной абляции тахикардии. Максимальное боковое отклонение в диапазоне от 48 до 80 мм. Длина отклоняемой концевой части в диапазоне от 65 до 105 мм. Тип термодатчика: термопара, расположенная в центральной части дистального электрода, обеспечивает точность измерения температуры и достоверность его мониторинга во время ИРЧА. Диаметр электрода не более 7 Fr (2,3 мм). Межэлектродное расстояние: 2-5-2 мм. Рабочая длина не более 110 см. Объем рефракции до 270 градусов. Передача данных 1:1. Конструкция катетера обеспечивает идеальную управляемость и стабильность изгиба. Длина дистального полюса не более 3,5 мм. Ширина кольцевых полюсов не менее 1,55 мм. Контактное охлаждение; 12 отверстий для оптимизированного орошения; продольно расположенные отверстия позволяют направлять орошающую жидкость в критически важный участок электрода. Тип коннектора: зеффа типа Редель. Полюса электрода изготовлены из золота (Au 99,99).	шт	25	487 500,00	12 187 500,00	до склада заказчика, НАО "Центр сердца Шымкент" г. Шымкент, ул. Байтурсынова 79а	487500	12187500	Vasco Med GmbH, Германия
2	Четырех полюсный управляемый диагностический катетер 29391870	Четырех полюсный диагностический катетер для проведения электрофизиологического исследования сердца. Длина катетера: 80 см, 100 см или 110 см. Варианты кривизны катетера: J-shaped, J-shaped special, S-shaped, D-shaped, D-shaped standard, D-shaped large. HIS, Mapping-полюсы. Количество полюсов: 4. Наличие вращающегося с активными магнитными дистальным кончиком. Материал полюсов: платино-иридиевый сплав. Размер дистального полюса не менее 3,2 мм. Длина кольцевого полюса не менее 2,2 мм и не менее 1,3 мм (для варианта с активными магнитными кончиками). Диаметр электрода 4 Fr, 5 Fr, 6 Fr. Варианты межэлектродного расстояния (steping): 2 мм, 3 мм и 2-5-2 мм.	шт	20	178 200,00	3 564 000,00	до склада заказчика, НАО "Центр сердца Шымкент" г. Шымкент, ул. Байтурсынова 79а			
3	Десяти полюсный неуправляемый диагностический катетер 29391900	Десяти полюсный неуправляемый диагностический катетер для проведения электрофизиологического исследования сердца. Варианты длины катетера: 80 см, 100 см или 110 см. Типа кривизны: J-shaped, J-shaped special. Количество полюсов: 10. Материал полюсов: платино-иридиевый сплав. Размер дистального полюса не менее 3,2 мм. Длина кольцевого полюса не менее 1,3 мм. Диаметр электрода: 5 Fr (1,67 мм), 6 Fr (2 мм). Варианты межэлектродного расстояния (steping): 2 мм, 2-3-2 мм, 2-8-2 мм, 3 мм.	шт	60	131 500,00	7 890 000,00	до склада заказчика, НАО "Центр сердца Шымкент" г. Шымкент, ул. Байтурсынова 79а	131500	7890000	Vasco Med GmbH, Германия
4	Десяти полюсный управляемый диагностический катетер 29446316	Десятиполюсный управляемый диагностический катетер для проведения электрофизиологического исследования сердца с высокой боковой устойчивостью нависания за счет дополнительной фиксации оболочки и пленочной оболочкой из стали. Длина катетера не менее 110 см. Типы кривизны: Standard, Large и Extra Large. Варианты длины отклоняемой концевой части в зависимости от типа кривизны: 85 мм, 95 мм и 105 мм соответственно. Максимальная достижимая длина при 90° изгибе (в зависимости от типа кривизны): 60 мм, 65 мм и 75 мм соответственно. Радиус кривизны (в зависимости от типа кривизны): 45 мм, 50 мм и 60 мм соответственно. Полюсы: J-shaped, J-shaped special, S-shaped, D-shaped, D-shaped standard, D-shaped large. HIS, Mapping-полюсы. Количество полюсов: 10. Диаметр электрода 4 Fr, 5 Fr, 6 Fr.	шт	40	179 750,00	7 190 000,00	до склада заказчика, НАО "Центр сердца Шымкент" г. Шымкент, ул. Байтурсынова 79а			
5	Диагностический катетер управляемый 20-полюсный 29446632	Двадцатиполюсный управляемый диагностический катетер для проведения электрофизиологического исследования сердца с высокой боковой устойчивостью нависания за счет дополнительной фиксации оболочки и пленочной оболочкой из стали. Длина катетера не менее 110 см. Типы кривизны: Standard, Large и Extra Large. Варианты длины отклоняемой концевой части в зависимости от типа кривизны: 85 мм, 95 мм и 105 мм соответственно. Максимальная достижимая длина при 90° изгибе (в зависимости от типа кривизны): 60 мм, 65 мм и 75 мм соответственно. Радиус кривизны (в зависимости от типа кривизны): 45 мм, 50 мм и 60 мм соответственно. Полюсы: J-shaped, J-shaped special, S-shaped, D-shaped, D-shaped standard, D-shaped large. HIS, Mapping-полюсы. Количество полюсов: 20. Диаметр электрода 4 Fr, 5 Fr, 6 Fr.	шт	20	454 500,00	9 090 000,00	до склада заказчика, НАО "Центр сердца Шымкент" г. Шымкент, ул. Байтурсынова 79а	454500	9090000	Vasco Med GmbH, Германия
Итого						39 921 500,00			29 187 500,00	

Председатель комиссии

Заместитель председателя комиссии

Члены комиссии:

Секретарь комиссии:

Уткин А.С.

Сейдакбаров Д.Д.

Гурсунбеков А.Б.

Керимкулов И.Х.

Тонина Г.Е.

Ауылбеков Е.Б.