

Протокол №88а
об итогах тендера по закупу медицинских изделий на 2024 год

г. Шымкент
ул. Байтурсынова 79а

от 29.03.2024г.

1. Тендерная комиссия в составе:

Уалиханов М.С	- исполнительный директор; председатель комиссии
Сейдакбаров Д.Д	-заместитель председателя правления; заместитель председателя комиссии
Ауелбеков Е.Б	- главный менеджер ОПОГЗ; секретарь

Члены комиссии:

Керимкулов И.Х.	- заведующий ангиографическим отделением
Тойева Г.Е.	- заведующая опер блоком
Турсунбеков А.Б	- заведующий аритмологическим отделением

рассмотрела тендерные заявки потенциальных поставщиков по объявлению №101 по закупу медицинских изделий на 2024 год.

2. Сумма, предусмотренная для закупа изделий медицинского назначения на 2024 год согласно приложению 1.

3. Запросы от потенциальных поставщиков по разъяснению положений тендерной документации не поступали.

4. Тендерную заявку на участие в тендере представили следующие потенциальные поставщики:

№	наименование потенциального поставщика	адрес	дата и время представления заявки
1	ТОО «UNICMED ASIA» («ЮНИКМЕД АЗИЯ»)	РК, г. Алматы, Алмалинский Район, Улица Байзакова, 125, КВ ОФИС Н.П. 2	18.03.2024г 09:20ч
2	ТОО «Asia Med Engineering»	г.Алматы, Попова, 19, 3	20.03.2024г 13:50ч

5. Квалификационные данные (документы) потенциальных поставщиков согласно приложению 2.

6. Тендерная комиссия при рассмотрении тендерных заявок также исходила из следующих критериев оценки сопоставления тендерных заявок:

- 1) оптимального и эффективного расходования денег, используемых для закупа;
- 2) предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения закупа;
- 3) добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков;
- 4) гласности и прозрачности процесса закупа;
- 5) поддержки отечественных товаропроизводителей;
- 6) поддержки предпринимательской инициативы
- 7) бесперебойного обеспечения населения Республики Казахстан лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения.

7. Сравнительное ценовое предложение потенциальных поставщиков, согласно приложению 3 к протоколу

8. На данный тендер эксперты не привлекались.

9. Тендерная комиссия по результатам оценки и сопоставления конкурсных заявок

РЕШИЛА:

1) На основании абзаца первого пункта 66 Параграфа 4 Главы 2 Правил, в отсутствие конкуренции по лоту победителем тендера признается потенциальный поставщик, чья тендерная заявка признана тендерной комиссией единственной соответствующей условиям объявления и условиям Правил, в связи с чем признать победителем тендера по закупке медицинских изделий по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования на 2024 год следующих поставщиков:

№ п/п	наименование поставщика	адрес	№ лота	цена лота	общая сумма лота
1	ТОО «UNICMED ASIA» («ЮНИКМЕД АЗИЯ»)	РК, г. Алматы, Алмалинский Район, Улица Байзакова, 125, КВ ОФИС Н.П. 2	7	20 600,00	412 000,00
2	ТОО «Asia Med Engineering»	г.Алматы, Попова, 19, 3	1	178 200,00	3 564 000,00
			2	179 750,00	7 190 000,00
			3	120 000,00	240 000,00
			4	140 000,00	280 000,00
			5	160 000,00	320 000,00
			6	7 700 000,00	15 400 000,00

2) В соответствии с пунктом 65 Правил, утвержденных Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 (далее - Правила) тендерная комиссия признает тендер по закупке медицинских изделий по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования на 2024 год несостоявшимся:

-по лоту № 8, 9, 10 - отсутствуют тендерные заявки;

10. НАО «Центр Сердца Шымкент, заключить договора с: ТОО «UNICMED ASIA» («ЮНИКМЕД АЗИЯ»), ТОО «Asia Med Engineering» в срок, согласно действующего законодательства РК.

Председатель комиссии



Уалиханов М.С.

Заместитель председателя



Сейдакбаров Д.Д.

Члены комиссии:



Керимкулов И.Х.




Тоиева Г.Е.



Турсунбеков А.Б.

Секретарь комиссии



Ауелбеков Е.Б.

№	Наименование лекарственного средства (включая название производителя)	Характеристика препарата с указанием дозировки, концентрации и лекарственной формы	Единица измерения	Кол-во	Цена	Сумма выделенная для закупки	Условия поставки	Место поставки и условия поставки	Срок поставки	ТОО «UNICMED ASIA» (ЮНИКМЕД АЗИЯ)				Противоположная сторона	Сумма	Цена	Сумма	Противоположная сторона	Сумма	Противоположная сторона
										Цена	Сумма	Противоположная сторона	Сумма	Противоположная сторона	Сумма	Цена	Сумма	Противоположная сторона	Сумма	Противоположная сторона
1	Четырех полюсный управляемый диагностический катетер 29391870	Четырех полюсный диагностический катетер для проведения электрофизиологического исследования сердца. Длина катетера: 80 см, 100 см или 110 см. Варианты: кристаллический, Joserbach, Joserbach special, Samplad, Dantolo, Dantolo standard, Dantolo large, HIS, Mailtrapase. Комплектация: 4. Наличие вариантов с атравматичными концами дистальной части. Материал: полипропиленовый сплав. Размер дистальной петли: не менее 3,2 мм. Длина коiled-полюса: не менее 2,2 мм и не более 1,3 мм (для варианта с атравматичными концами). Диаметр электрода: 4 Fr, 5 Fr, 6 Fr. Варианты: межполюсного расстояния (spacing): 2 мм, 3 мм и 2-5-2 мм.	шт	20,00	178 200,00	3 564 000,00	по факту поставки товара	до склада заказчика, НАО "Центр сердца Шымкент" г. Шымкент, ул. Байтурсынова 79а	по заказу Заказчика		178 200,00	3 564 000,00				3 564 000,00	178 200,00		Vascular GmbH, Германия	
2	Десяти полюсный управляемый диагностический катетер 29446316	Десяти полюсный управляемый диагностический катетер для проведения электрофизиологического исследования сердца с высокой боковой устойчивостью наконечника за счет дополнительной фиксации оболочки и пластиковой оболочки из стали. Длина катетера: не менее 110 см. Типы кристаллов: Standart, Large и Extra Large. Варианты: для отклоненной концевой части в зависимости от типа кристалла: 85 мм, 95 мм и 105 мм соответственно. Максимальная длина при 90° повороте (в зависимости от типа кристалла): 60 мм, 65 мм и 75 мм соответственно. Разрыв кристалла (в зависимости от типа кристалла): 45 мм, 50 мм и 60 мм соответственно. Диаметр электрода: не менее 6 Fr. Комплектация: полюсов: 10. Материал: полипропиленовый сплав. Размер дистальной петли: не менее 2 мм. Размер коiled-полюса: не более 1 мм. Варианты: межполюсного расстояния (spacing): 2-6-2 мм, 2-8-2 мм, 2-10-2 мм.	шт	40,00	179 750,00	7 190 000,00	по факту поставки товара	до склада заказчика, НАО "Центр сердца Шымкент" г. Шымкент, ул. Байтурсынова 79а	по заказу Заказчика		179 750,00	7 190 000,00				7 190 000,00	179 750,00		Vascular GmbH, Германия	
3	Кабель	для подключения аблационного катетера к радиочастотному генератору	шт	2,00	120 000,00	240 000,00	по факту поставки товара	до склада заказчика, НАО "Центр сердца Шымкент" г. Шымкент, ул. Байтурсынова 79а	по заказу Заказчика		120 000,00	240 000,00				240 000,00	120 000,00		Socket GmbH дистрибутор Biotronik Se & Co KG, Германия	
4	Кабель	для подключения 2-4 полюсных диагностических катетеров к оборудованию ЭФИ/РЧА	шт	2,00	140 000,00	280 000,00	по факту поставки товара	до склада заказчика, НАО "Центр сердца Шымкент" г. Шымкент, ул. Байтурсынова 79а	по заказу Заказчика		140 000,00	280 000,00				280 000,00	140 000,00		Biotronik Se & Co KG, Германия	
5	Кабель	для подключения 10-20 полюсных диагностических катетеров к оборудованию ЭФИ/РЧА	шт	2,00	160 000,00	320 000,00	по факту поставки товара	до склада заказчика, НАО "Центр сердца Шымкент" г. Шымкент, ул. Байтурсынова 79а	по заказу Заказчика		160 000,00	320 000,00				320 000,00	160 000,00		Biotronik Se & Co KG, Германия	
6	Кабели для подключения к внешним электрофизиологическим системам	Комплектация состоит из: 1. Кабель для подключения к внешним электрофизиологическим системам (для подачи интракардиального сигнала на ЭФИ-станции, часть универсального комплекта для подключения к ЭФИ-системе) - принадлежность к электрофизиологической нейрореконструктивной навигационной системе. Размер соединения: 79. Разъем: разъем для подключения к навигационной системе. Разъем интраваскулярный "Balloon plug 2mm" - 80шт - необходим для передачи интраваскулярных сигналов на ЭФИ-станции. 2. Кабель для подключения к внешним электрофизиологическим системам (блок для оптимизации ЭФИ-станции, часть универсального комплекта для подключения к ЭФИ-системе) - принадлежность к электрофизиологической нейрореконструктивной навигационной системе. Разъем: разъем для подключения к навигационной системе. Разъем интраваскулярный: 12 контактов. Необходим для передачи сигналов основных отделов на ЭФИ-станции.	шт	2,00	7 700 000,00	15 400 000,00	по факту поставки товара	до склада заказчика, НАО "Центр сердца Шымкент" г. Шымкент, ул. Байтурсынова 79а	по заказу Заказчика		7 700 000,00	15 400 000,00				15 400 000,00	7 700 000,00		Biosense Webster (Israel) Ltd., Biosense Webster, Inc. Израиль, США	

№	Наименование лекарственного средства (исключая парадокс и патентованные названия или состав)	Характеристики препарата с указанием дозировки, концентрации и лекарственной формы	Единица измерения	Кол-во	Цена	Сумма выделенная для закупки	Условия поставки	Место поставки и условия поставки	Срок поставки	ТОО «UNICMED ASIA» («ЮНИМЕД АЗИЯ»)			ТОО «Asia Med Eng»			Примечание	
										Цена	Сумма	Производитель и Страна происхождения	Цена	Сумма	Примечание		
7	Референтный электрод	Референтный (возвратный) электрод, пластина для подключения к абляционному генератору Акугест. Длина - 150 см. Тип соединения - винт/розетка. Цвет - синий.	шт	20,00	20 600,00	412 000,00	по факту поставки товара	до склада заказчика, НАО "Центр сердца Шымкент" г. Шымкент, ул. Байтурсынова 79а	по заявке Заказчика	20 600,00	412 000,00	St Jude Medical, США					
8	Набор трубок для насоса Coolflow 29392070	Набор иригационных трубок CoolFlow для электрофизиологических процедур в кардиологии в составе: Трубка с заземляющей и игой	шт	20,00	40 000,00	800 000,00	по факту поставки товара	до склада заказчика, НАО "Центр сердца Шымкент" г. Шымкент, ул. Байтурсынова 79а	по заявке Заказчика								
9	Электрический кабель	Электрический кабель из абрикотового с принадлежностями: Кабель анестетический для подключения катетера к порту криоканона на блоке автоматического подсоса. Длина 183 см	шт	20,00	35 000,00	700 000,00	по факту поставки товара	до склада заказчика, НАО "Центр сердца Шымкент" г. Шымкент, ул. Байтурсынова 79а	по заявке Заказчика								
10	Компактный кабель	Компактный кабель из абрикотового с принадлежностями: Кабель компактный для подключения катетера к компактному порту катетера на передней панели криоканона. Длина 122 см	шт	20,00	27 000,00	540 000,00	по факту поставки товара	до склада заказчика, НАО "Центр сердца Шымкент" г. Шымкент, ул. Байтурсынова 79а	по заявке Заказчика								
Итого:												29 446 000,00		412 000,00		26 994 000,00	

Председатель комиссии

Заместитель председателя комиссии

Члены комиссии:

Секретарь комиссии:

Уалиханов М.С.

Сейткабиров Д.Д.

Турсаибеков А.Б.

Керимкулов И.Х.

Токста Г.Е.

Ауелбеков Е.Б.